

Утверждаю

Директор ФГУП "УНИИМ"
С.В.МЕДВЕДЕВСКИХ
29 марта 2017 года

Директор ФГУП "ВНИИМС"
А.Ю.КУЗИН
30 марта 2017 года

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ И ЛАБОРАТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

МИ 2427-2016
(С изменениями N 1)

Дата введения
1 апреля 2016 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНА

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "УРАЛЬСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ" (ФГУП "УНИИМ")

Исполнители: Бессонов Ю.С., Медведевских М.Ю., Пономарева О.Б.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ" (ФГУП "ВНИИМС")

Исполнители: Пашаев Б.М., Лукашов Ю.Е.

УТВЕРЖДЕНА

ФГУП "УНИИМ" 29 марта 2017 г.

ФГУП "ВНИИМС" 30 марта 2017 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФГУП "ВНИИМС" 30 марта 2017 г.

ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН [МИ 2427-97](#)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая рекомендация устанавливает цели, задачи, порядок организации и проведения оценки состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях (центрах), лабораториях, осуществляющих производственный, аналитический контроль, исследовательские и другие испытания и измерения (далее - лаборатории).

Аналитический контроль может быть частью других видов контроля (экологического, санитарного, технологического контроля; внутреннего контроля качества продукции и сырья и т.д.).

1.2. Настоящий документ разработан для применения аккредитованными в области обеспечения единства измерений организациями, подведомственными Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарту) - государственными научными метрологическими институтами, государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний, проводящими оценку состояния измерений и организациями, имеющими лаборатории, подлежащие оценке.

1.3. Настоящая рекомендация не распространяется на деятельность по оценке соответствия лабораторий требованиям компетентности, предусмотренным Федеральным [законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей рекомендации использованы ссылки на следующие законы, стандарты и нормативные документы:

Федеральный [закон](#) Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

Федеральный [закон](#) Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

[Приказ](#) Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 15 декабря 2015 г. N 4091 "Об утверждении Порядка аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения"

[ГОСТ Р 8.820-2013](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение. Основные положения

[ГОСТ Р 52361-2005](#) Контроль объекта аналитический. Термины и определения

[ГОСТ Р ИСО 10012-2008](#) Менеджмент организации. Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию

[ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002](#) Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

[ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002](#) Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

[ГОСТ Р 8.563-2009](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений

[ГОСТ Р 8.884-2015](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения

[ГОСТ 8.010-2013](#) Межгосударственный стандарт. Методики выполнения измерений

[ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009](#) Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

[РМГ 29-2013](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения

[РМГ 76-2014](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

[РМГ 60-2003](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке

[РМГ 61-2010](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки

[Р 50.2.090-2013](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Методики количественного химического анализа. Общие требования к разработке, аттестации и применению

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих рекомендациях применены термины "метрологические требования", "метрологическая экспертиза" в соответствии с Федеральным [законом](#) N 102-ФЗ, "эталон", "средство измерений", "метрологическая прослеживаемость" по [РМГ 29](#), "метрологическое обеспечение объекта", "метрологическое обеспечение измерений" по [ГОСТ Р 8.820](#), "аналитический контроль" по [ГОСТ Р 52361](#), а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. производственный контроль - контроль, осуществляемый на стадии производства.

3.2. оценка состояния измерений - подтверждение соответствия возможностей лаборатории по выполнению измерений в заявленной (закрепленной) области деятельности.

3.3. метрологическое подтверждение - совокупность операций, проводимых с целью обеспечения соответствия объекта требованиям по метрологическому обеспечению.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Оценка состояния измерений является одной из форм независимого подтверждения выполнения лабораторией требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений и технического регулирования применительно к конкретным закрепленным объектам и измеряемым показателям.

4.2. Оценку состояния измерений проводят с целью установления и подтверждения соответствия условий выполнения измерений в лаборатории в соответствии с направлением ее деятельности с учетом действующих нормативных правовых актов и документов по стандартизации, предъявляющих требования к выполняемым измерениям в области деятельности конкретной лаборатории.

4.3. В число основных задач оценки состояния измерений в лаборатории входит:

- идентификация метрологических требований, предъявляемых действующими нормативными правовыми актами, документами по стандартизации и техническими документами к объектам измерений, а также к средствам и методам измерений, применяемым в лаборатории при проведении измерений в соответствии с возложенными на лабораторию задачами и закрепленными объектами измерений;

- оценка соблюдения в лаборатории метрологических требований, предъявляемых к измерениям в заявленной области деятельности;

- установление наличия в лаборатории всех условий, обеспечивающих выполнение измерений в соответствии с предъявляемыми метрологическими требованиями к измерениям, включая наличие соответствующей инфраструктуры, персонала и технической возможности проведения измерений в заявленной области деятельности.

4.4. Решение о проведении работ по оценке состояния измерений принимает руководитель юридического лица (объединения юридических лиц) или индивидуальный предприниматель, в структуру которого входит лаборатория.

4.5. Оценку состояния измерений проводят организации, указанные в [пункте 1.2](#) настоящей рекомендации, на основании поступившей заявки.

4.6. Для проведения работ исполнителем может быть создана комиссия.

В состав комиссии, при необходимости, могут быть включены специалисты по соответствующим видам измерений или объектам измерений. Допускается включение в состав комиссии специалистов сторонних организаций, а также представителей Федерального органа исполнительной власти или его структурного подразделения, выполняющего функции метрологической службы, или метрологической службы заявителя (юридического лица, объединений юридических лиц, индивидуального предпринимателя).

При проведении работ особой сложности или специфики, большого объема, оценку состояния измерений рекомендуется проводить с участием специалистов в области видов измерений, связанных с деятельностью проверяемой лаборатории.

При небольшом объеме работ допускается возложение этих функций на отдельного специалиста исполнителя.

4.7. Для проведения оценки состояния измерений исполнителем может быть издан приказ (распоряжение), в котором устанавливаются цель, порядок организации, содержание (при необходимости), сроки выполнения работ для конкретной лаборатории (группы лабораторий). Допускается приводить ссылку на нормативный правовой акт (документ по стандартизации), с учетом требований которого будет проводиться работа.

4.8. Оценка состояния измерений проводится на договорной основе.

4.9. По окончании работы комиссия составляет акт, в котором отражают результаты оценки состояния измерений, включая результаты оценки состояния метрологического обеспечения заявленных объектов и результаты обследования по месту деятельности заявителя, с учетом оценки соответствия существующей инфраструктуры объекта и персонала. Акт должен содержать однозначные выводы о наличии (отсутствии) всех необходимых условий для проведения измерений в соответствии с предъявляемыми метрологическими требованиями. При положительных результатах оценки состояния измерений исполнитель оформляет Заключение об оценке состояния измерений в лаборатории, подтверждающее наличие необходимых условий для выполнения измерений и их соответствие предъявляемым требованиям в заявленной области деятельности лаборатории. К Заключению оформляют Приложение, содержащее перечень объектов и контролируемых в них показателей. Заключение и каждый лист Приложения подписывает руководитель исполнителя, которые регистрируются в установленном порядке.

При отрицательных результатах проведенной работы по оценке состояния измерений заявителю направляют Акт, в котором отражают выявленные существенные несоответствия с выводом об отсутствии в лаборатории условий для выполнения измерений в заявленной области деятельности.

При наличии возможности оперативного устранения выявленных несоответствий, заявителю может быть установлен конкретный срок для их устранения, после которого заявитель должен представить результаты, свидетельствующие об устранении выявленных несоответствий. Если после проведения корректирующих мероприятий требуется выездная оценка, она проводится на договорной основе.

4.10. Заключение о состоянии измерений может предъявляться и учитываться при:

- проведении государственного метрологического надзора;
- проведении метрологического надзора, осуществляемого в соответствии с [ГОСТ Р 8.884](#) метрологическими службами федеральных органов исполнительной власти, юридических лиц или их объединений;
- формировании конкурсной документации для участия в тендерах и конкурсах на заключение контрактов, как элемент конкурентной способности и обеспечения доверия потребителей;
- декларировании соответствия продукции на основе собственных доказательств;
- сертификации производства или сертификации Систем менеджмента;
- для демонстрации наличия и эффективности системы управления измерительными процессами (с учетом требований [ГОСТ Р ИСО 10012](#)) при:
 - обеспечении гарантии контроля за стабильностью производственных технологических процессов (сертификация, декларирование);
 - производственном контроле, в том числе производственном экологическом мониторинге на предприятии и внутреннем контроле качества продукции и сырья;
- представлении результатов контроля экологических показателей (в частности, анализа сточных вод и промышленных выбросов в Центрах лабораторного анализа и технических

измерений (для санитарно-промышленных лабораторий);

- вхождении юридического лица или его лаборатории в саморегулируемые организации (для строительных, грунтовых лабораторий и др.).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Оценку состояния измерений проводят на основании заявки организации, в состав которой входит лаборатория с прилагаемым к ней перечнем объектов и контролируемых в них показателей.

5.2. Для проведения оценки состояния измерений руководитель организации, подведомственной Росстандарту, получивший соответствующую заявку, назначает ответственных лиц за проведение этих работ, которые формируют состав комиссии, при необходимости согласовывают его с заявителем и оформляют проект договора на проведение работ.

Персональный состав комиссии зависит от специфики, объема и сложности работ.

5.3. Для проведения оценки состояния измерений лаборатория готовит материалы в виде заполненных форм (**Паспорт** метрологического обеспечения) в соответствии с настоящей рекомендацией.

В подготовленных материалах должны быть отражены следующие сведения:

- перечень документов по стандартизации и других нормативных документов (НД), регламентирующих требования к:

- выполняемым в лаборатории видам работ;
- испытываемым (анализируемым) объектам;
- измеряемым (контролируемым) параметрам этих объектов;

- данные о применяемых в лаборатории эталонах, средствах измерений (СИ) и их метрологическому подтверждению (поверке, калибровке);

- данные о применяемом испытательном оборудовании (ИО) и его аттестации;

- данные о применяемом вспомогательном оборудовании;

- оснащенность лаборатории требуемыми стандартными образцами;

- перечень НД на методики (методы) измерений и методы испытаний (в т.ч. национальные и межгосударственные стандарты), данные о применяемых методиках (методах) измерений и методах испытаний;

- данные о составе и квалификации кадров, включая действующие документы о повышении квалификации;

- сведения о наличии и состоянии лабораторных помещений;

- перечень химических реактивов (при наличии), с указанием даты их изготовления, срока

годности и квалификации;

- перечень актуализированной и учтенной нормативной документации, необходимой для функционирования лаборатории в заявленной области деятельности, в том числе документов, регламентирующих процедуры отбора и хранения проб (образцов для испытаний).

Рекомендуемые формы представления материалов приведены в приложении А (Паспорт метрологического обеспечения лаборатории, включающий заполненные [формы 1 - 11](#)).

К сведениям о лабораторных помещениях могут быть приложены справки, заключения о соответствии помещений требованиям безопасности (противопожарной, биологической, электромагнитной, радиационной), охраны труда и т.п., которые могут быть оформлены в произвольной форме или являться заключениями компетентных органов, а также протоколы измерений физических и химических факторов производственной среды.

5.4. Для проведения работ по оценке состояния измерений может быть разработана Программа оценки состояния измерений. Пример типовой программы оценки состояния измерений в лаборатории приведен в [приложении Б](#).

5.5. Обследование лаборатории для проверки фактического состояния измерений, включая условия их выполнения и подтверждения заявленных в документах сведений комиссия проводит непосредственно по месту осуществления деятельности лаборатории.

5.6. Руководство лаборатории (предприятия) обеспечивает условия, необходимые для работы комиссии, в том числе выделяет помещение для работы, представляет необходимые документы и материалы, оказывает множительные услуги, а также выделяет должностное лицо с правом подписи документов.

6. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1. Работы по оценке состояния измерений проводятся в 3 этапа:

- первый этап - изучение документов;
- второй этап - обследование лаборатории по месту осуществления деятельности;
- третий этап - оформление результатов работы.

6.2. Работы по этапу 1 включают проведение экспертизы представленных документов и сведений о деятельности лаборатории, представленных заявителем, в части соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и в области технического регулирования, нормативных правовых актов и документов по стандартизации, связанных с исполнением возложенных на лабораторию функций.

6.3. Работы по этапу 2 включают проверку соответствия представленной в [формах 1 - 11](#) Паспорта информации фактическому состоянию дел в лаборатории по месту производственной деятельности с учетом предъявляемых законодательством Российской Федерации требований.

6.4. Работы по этапу 3 предусматривают:

- оформление Акта оценки состояния измерений в лаборатории, содержащего вывод о соответствии или несоответствии условий для выполнения измерений в заявленной области

деятельности метрологическим требованиям, предъявляемым к измерениям;

- оформление Заключения, подтверждающего наличие в лаборатории условий для выполнения измерений в заявленной области деятельности применительно к конкретным объектам измерений с учетом метрологических требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений (при положительных выводах Акта оценки состояния измерений в лаборатории).

6.5. Экспертиза представленных заявителем в [формах 1 - 11](#) сведений предусматривает проведение их анализа и оценки, в том числе с точки зрения достаточности представленной информации в части:

- наличия в лаборатории необходимых документов, устанавливающих требования к заявленным объектам измерений, измеряемым в них показателям (параметрам) и методикам (методам) измерений (испытаний) с учетом возможной принадлежности объектов к сфере действия технических регламентов, а измерений и измеряемых показателей - к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- наличия необходимой номенклатуры СИ и методов измерений с учетом сферы их применения и метрологического подтверждения;

- оснащенности лаборатории необходимым испытательным оборудованием;

- номенклатуры стандартных образцов различных типов, применяемых для градуировки и контроля точности результатов измерений с учетом:

- отнесения измерений к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- соответствия метрологических характеристик СО диапазону измерений применяемых методик измерений;

- срока годности СО и применения их в соответствии с установленными требованиями;

- применения методик (методов) измерений (испытаний) в части наличия в них метрологических характеристик, соответствующих [ГОСТ Р ИСО 5725-1](#) и [РМГ 61](#) и процедур контроля точности результатов измерений согласно [ГОСТ Р ИСО 5725-6](#) и [РМГ 76](#), позволяющих обеспечивать достоверность результатов измерений;

- методик (методов) измерений (испытаний), применяемых при контроле заявленных объектов и показателей, в отношении которых необходима аттестация или оценка пригодности (валидация) согласно [Р 50.2.090](#);

- персонала, выполняющего измерения, в отношении его компетентности (если это предусмотрено установленными требованиями к выполняемым измерениям);

- лабораторных помещений, необходимых для проведения измерений (испытаний), имеющих документальное подтверждение соответствия их требованиям безопасности, в том числе безопасных условий труда в заявленной области деятельности;

- фонда нормативных и технических документов, необходимых для реализации деятельности лаборатории в заявленной области измерений.

6.6. При обследовании лаборатории по месту ее деятельности проводят:

- проверку следующих документов:

Ъ Положения о лаборатории, определяющего ее функции, права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими подразделениями организации (если она не является юридическим лицом) и другими организациями;

Ъ Руководства по качеству или документа, выполняющего его функцию и регламентирующего систему управления качеством работ, выполняемых лабораторией в заявленной области деятельности;

Ъ актуализированного и зарегистрированного в лаборатории фонда НД, необходимого для функционирования лаборатории, в том числе руководств по отбору и хранению образцов для испытаний (измерений) проб, регламентирующих процедуры получения представительных проб и неизменность их состава и свойств (для лабораторий, в область деятельности которых входит отбор проб);

Ъ планов (графиков) отмены или пересмотра документов на методики (методы) измерений, не удовлетворяющих требованиям [ГОСТ Р 8.563](#), и проведения аттестации методик измерений (при необходимости) или оценки их пригодности;

Ъ утвержденных в установленном порядке должностных инструкций;

Ъ требований к квалификации персонала и порядку его допуска к выполнению измерений в заявленной области;

- анализ и оценку соответствия деятельности лаборатории согласно представленным документам в части:

Ъ соответствия применяемых средств измерений, стандартных образцов и испытательного оборудования требованиям, предусмотренным в НД на методики (методы) измерений и испытаний, с учетом принадлежности выполняемых измерений к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений или вне ее;

Ъ соответствия применяемых средств измерений и стандартных образцов их назначению и условиям применения, предусмотренным в технической и (или) эксплуатационной документации на СИ и НД на СО;

Ъ соответствия применяемых НД на методики (методы) измерений и методы испытаний номенклатуре и диапазону показателей, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами, устанавливающими требования к параметрам контролируемых объектов, а также соответствие документов, регламентирующих методики (методы) измерений требованиям [приказа](#) Минпромторга от 15 декабря 2015 г. N 4091, [ГОСТ Р 8.563](#) или [ГОСТ 8.010](#) (для методик, предназначенных для применения на пространстве СНГ);

Ъ наличия и функционирования процедур, обеспечивающих качество измерений, выполняемых лабораторией, включая:

○ наличие и соблюдение графиков метрологического подтверждения применяемых СИ и ИО, а также технического обслуживания вспомогательного оборудования;

- наличие и применение аттестованных и (или) валидированных методик (методов) измерений в практике аналитического контроля;
- наличие и применение процедур контроля качества результатов измерений (оперативный, статистический контроль точности, контроль стабильности градуировочной характеристики, оценка приемлемости результатов измерений);
- реализацию процедур оценки пригодности химических реактивов (в случае их применения);
- соблюдение графиков повышения квалификации и аттестации персонала (при их наличии);
- участие в проверке квалификации лаборатории посредством межлабораторных сравнительных испытаний;
- системы контроля и регистрации условий выполнения измерений, предусмотренных в методиках измерений и в эксплуатационной документации на СИ;
- соответствия методик приготовления аттестованных смесей (АС) требованиям [РМГ 60](#) (при наличии в лаборатории самостоятельно разработанных методик приготовления АС);
- соответствия помещений лаборатории установленным к ним требованиям по обеспечению безопасных условий труда и экологической безопасности;
- соответствия лаборатории другим требованиям (например, обеспечения безопасности от излучений; электро-, пожаро-, взрывобезопасности и др.), установленным в нормативных правовых актах Федеральных органов исполнительной власти, документах по стандартизации или в НД заявителя (при их наличии).

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1. Акт по результатам оценки состояния измерений в лаборатории составляют по форме [приложения В](#), который подписывается членами комиссии и доводится до сведения руководителя лаборатории и представителя администрации заявителя.

7.1.1. В зависимости от результатов проведенной работы комиссии по оценке состояния измерений в акте делают вывод о наличии (отсутствии) условий для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области деятельности в соответствии с предъявляемыми метрологическими требованиями.

7.1.2. Решение об отсутствии условий для выполнения измерений принимают в случае, если выявлено одно из нарушений:

- несоответствие используемой методики (метода) измерений контролируемому объекту;
- применение аттестованной методики (метода) измерений вне области ее применения;
- использование средств измерений или стандартных образцов, не прошедших процедуру утверждения типа в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений или их применение вопреки назначению, установленному в эксплуатационной документации, без

проведения процедур оценки их пригодности для нового применения;

- неприменение процедур контроля точности результатов измерений, предусмотренных в документах, регламентирующих методики (методы) измерений (испытаний);

- отсутствие проведения корректирующих мероприятий при получении неудовлетворительных результатов контроля точности или участия в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ);

- систематическое получение результатов испытаний и измерений с нарушением требований методик измерений;

- отсутствие необходимых средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования, стандартных образцов, реактивов и материалов или несоответствие их установленным требованиям;

- недостаточная укомплектованность кадрами соответствующей квалификации;

- несоответствие помещений лаборатории установленным требованиям.

7.2. При положительных результатах работы комиссии организация-исполнитель оформляет Заключение о состоянии измерений в лаборатории по форме приложения Г и приложение с перечнем объектов и контролируемых в них показателей по форме приложения Д, которые подписывает руководитель организации-исполнителя или уполномоченное им лицо и направляет их заявителю.

В случае если недостатки, указанные в п. 7.1.2, относятся только к части заявленных объектов, приложение к заключению оформляют только для тех объектов и показателей, для которых обеспечены условия выполнения измерений.

Заключение о состоянии измерений в лаборатории выдается со сроком действия на три года.

Приложение А
(рекомендуемое)

ПАСПОРТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Утверждаю
Руководитель предприятия
(руководитель структурного
подразделения, уполномоченное
должностное лицо)

ПАСПОРТ

метрологического обеспечения

наименование лаборатории

20... г.

Форма 1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О ЛАБОРАТОРИИ

1. Наименование лаборатории:
2. Адрес лаборатории:
3. Телефон _____ факс _____ e-mail _____
4. Ф.И.О. руководителя лаборатории:
5. Организация, в структуру которой входит лаборатория
(если она не является юридическим лицом), юридический и фактический адреса
6. Ф.И.О. руководителя организации:
7. Телефон
8. Регистрационный номер свидетельства (заключения) об оценке состояния измерений, срок его действия (при наличии)

Форма 2

НД на объекты, методики измерений
и методы испытаний, применяемые в лаборатории
по состоянию на " __ " _____ 20__ г.

N п/п	Объект	Показатель	Нормативные правовые акты и документы по стандартизации (N и наименование)	
			регламентирующие требования к измеряемому (контролируемому) показателю объекта	регламентирующие методики (методы) измерений и (или) методы испытаний
1	2	3	4	5

Начальник лаборатории _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Форма 3

Перечень применяемых средств измерений
 по состоянию на " __ " _____ 20__ г.

N п/п	Наименование испытываемой продукции	Наименование определяемых (измеряемых) характеристик	Наименование СИ, тип (марка), заводской номер, год	Год ввода в эксплуатацию , инвентарный	Метрологические характеристики		Дата, до которой действительна поверка	Организация, осуществляющая поверку (калибровку)	Примечание
					Диапазон измерений	Класс точности, погрешность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание: Если организация аккредитована на право поверки данного типа СИ, в графе 10 указывают номер, дату и срок действия аттестата аккредитации

Начальник лаборатории _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Форма 4

Перечень применяемого испытательного оборудования,
 по состоянию на " __ " _____ 20__ г.

N п/п	Наименование испытываемой продукции	Наименование видов испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) продукции	Наименование испытательного оборудования (ИО), тип (марка), заводской, инвентарный номера	Основные технические характеристики (диапазон измерений, погрешность, характеристики которые могут повлиять на результаты испытаний)	Год выпуска и год ввода в эксплуатацию	Дата и номер документа об аттестации ИО, срок действия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник лаборатории _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

	регламентирующего методiku измерений, дата утверждения и информация о разработчике	применяемой в сфере ГРОЕИ (дата, N Свидетельства об аттестации, регистрация в ФИФОЕИ) и внедрении в лаборатории	сти методики, применяемой вне сферы ГРОЕИ	величина	ений по методике	(структура погрешности или неопределенности измерений)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание

- 1) ГРОЕИ - государственное регулирование обеспечения единства измерений;
- 2) ФИФОЕИ - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Начальник лаборатории _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Форма 8

Состав и квалификация персонала
по состоянию на "___" _____ 20__ г.

N п/п	Штатный состав		Образование	Стаж работы	Формы повышения квалификации	Наличие должностной инструкции (дата утверждения)	Примечание
	Должность	Ф.И.О.					
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник лаборатории _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Форма 9

Сведения об оснащении лаборатории химическими реактивами
по состоянию на "___" _____ 20__ г.

N	Наименование	Изготовитель, документ,	Срок	Наличие	Примечание
---	--------------	-------------------------	------	---------	------------

п/п	химического реактива	согласно которому выпускается (ГОСТ, ТУ)	годности	контроля качества	
1	2	3	5	6	7

Начальник лаборатории _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Форма 10

**Перечень
 нормативной документации, необходимой
 для функционирования лаборатории
 по состоянию на " __ " _____ 20__ г.**

N п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Область применения (применительно к выполняемым измерениям)
1	2	3	4

Начальник лаборатории _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Форма 11

**СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 по состоянию на " __ " _____ 20__ г.**

N	Назначение помещения (в том числе виды проводимых испытаний, для приемки и хранения образцов)	Специальное или приспособленное	Площадь	Перечень контролируемых параметров в помещении	Наличие специального оборудования (вентиляции, защиты от излучений, помех и т.п.)	Наличие ИСЗ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник лаборатории _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Типовая программа оценки состояния измерений в

на "___" _____ 20__ г.

Наименование объекта проверки	Результаты проверки
Приказ (распоряжение) о создании лаборатории (для вновь созданной лаборатории)	Имеется/отсутствует
Положение о лаборатории (утверждение, система ознакомления, структура лаборатории)	Имеется/отсутствует
Паспорт лаборатории (формы 1 - 11) (достаточность, правильность оформления, полнота содержания)	Имеется/отсутствует
Штат сотрудников лаборатории (количество и достаточность для проведения работ в закрепленной области деятельности)	Имеется/отсутствует
Наличие персональных должностных инструкций (ДИ). Осведомленность каждого сотрудника лаборатории о своих правах и обязанностях	Имеются/отсутствуют
Квалификация персонала (наличие профильного образования и (или) стажа работы, согласно области деятельности лаборатории)	Имеется/отсутствует
Соблюдение требований безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды (наличие инструкций, журналов, ответственных лиц)	Соблюдаются/не соблюдаются
Наличие документов по стандартизации, регламентирующих методики (методы) измерений в заявленной области, в том числе: - соответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО 5725 (1); - не соответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО 5725 (1); - методик измерений, прошедших оценку пригодности согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025	Имеется (кол-во)/отсутствуют
Сведения об актуализации фонда НД	Имеются (кол-во)/отсутствуют
Применяемые референтные методики измерений	Имеются (кол-во)/отсутствуют
Ответственный за поддержание в актуальном состоянии фонда НД (должностная инструкция, приказ о назначении)	Имеется (кол-во)/отсутствуют

<p>Ответственный за делопроизводство (должностная инструкция, приказ)</p>	<p>Имеется/отсутствует</p>
<p>Состояние средств измерений (СИ) и испытательного оборудования (ИО), применяемых при испытаниях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - идентификация каждой единицы оборудования; - свидетельства о поверке СИ, графики поверки СИ; - свидетельства об аттестации ИО, графики аттестации; - наличие паспортов (формуляров) на оборудование - наличие инструкций по эксплуатации - соответствие СИ и ИО требованиям документов на применяемые методики (методы) измерений и требованиям к их метрологическому обеспечению - графики технического обслуживания оборудования или план проведения ремонтных работ - ответственное лицо за метрологическое обеспечение в лаборатории (должностная инструкция, приказ) 	<p>Имеется/отсутствует</p> <p>Имеются/отсутствуют</p> <p>Имеются/отсутствуют</p> <p>Имеются/отсутствуют</p> <p>Имеются/отсутствуют</p> <p>Соответствуют/не соответствуют</p> <p>Имеются/отсутствует</p> <p>Имеется/отсутствует</p>
<p>Наличие методик отбора проб, правил отбора образцов для испытаний (наличие документов по отбору проб/образцов, планы, графики, документированные процедуры)</p>	<p>Имеется/отсутствует</p>
<p>Наличие системы регистрации проб (образцов) и результатов измерений (испытаний):</p> <ul style="list-style-type: none"> - журналы регистрации и рабочие журналы согласно номенклатуре дел (пронумерованы, прошиты, идентификация подписи, достаточность и правильность оформления); - обращение с анализируемыми пробами, образцами (идентификация, шифрование, хранение, возврат, списание и утилизация). 	<p>Имеются/отсутствуют</p> <p>Соответствует/не соответствует</p>
<p>Учет, хранение и применение химических реактивов, стандартных образцов и расходных материалов (документы на реактивы, паспорта на стандартные образцы, реактивы; сроки годности, наличие условий для хранения химреактивов, стандартных образцов в соответствии с требованиями документов на них).</p> <p>Применение методик проверки качества реактивов с истекшим сроком хранения (наличие и ведение журнала проверки пригодности к применению хим. реактивов с истекшим сроком хранения)</p>	<p>Соответствует/не соответствует</p> <p>Применяют/не применяют</p>

<p>Наличие и ведение журналов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приготовления растворов химреактивов для проведения испытаний; - регистрации результатов определения качества дистиллированной воды <p>Наличие и состояние помещений для проведения измерений и испытаний, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - достаточность оснащения для проведения работ в заявленной области деятельности; - соответствие требованиям условий проведения измерений, регламентированных в методиках (методах) измерений и в эксплуатационной документации на средства измерений; - наличие необходимой инфраструктуры (вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и др.); - контроль условий проведения измерений (учет, регистрация, ответственное лицо); - контроль доступа посторонних лиц к местам проведения измерений (испытаний) 	<p>Имеется/отсутствует</p> <p>Имеется/отсутствует</p> <p>Соответствует/не соответствует</p> <p>Соответствует/не соответствует</p> <p>Имеется/отсутствует</p> <p>Соответствует/не соответствует</p> <p>Соответствует/не соответствует</p>
<p>Наличие системы менеджмента измерений, включая;</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие Руководства по качеству лаборатории или документов лаборатории, регламентирующих менеджмент качества измерений; - проведение внутрилабораторного контроля точности результатов измерений (оперативного, статистического, контроля стабильности градуировочной характеристики, оценки приемлемости результатов измерений); - участие в межлабораторных сравнительных испытаниях; - оформление протоколов измерений согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025; - наличие документированных процедур менеджмента качества измерений, включая управление документацией, записями, корректирующие и предупреждающие действия и т.д.; - ведение записей, регистрации и оформления результатов измерений, в том числе протоколов измерений (испытаний), паспортов (сертификатов) качества на продукцию; - организация и проведение внутренних проверок; 	<p>Имеется/отсутствует</p> <p>Соответствует/не соответствует</p> <p>Да/нет</p> <p>Соответствует/не соответствует</p> <p>Соответствует/не соответствует</p> <p>Соответствует/не соответствует</p> <p>Да/нет</p>

- анализ качества получаемых результатов измерений; - наличие лица, ответственного за качество в лаборатории.	Да/нет Имеется/отсутствует
Проверка соответствия процедур выполнения измерений, в том числе контроля точности результатов измерений требованиям документов на методики (методы) измерений (испытаний).	Соответствует/не соответствует
Проведение персоналом лаборатории (выборочно) контрольных измерений (испытаний) характеристик (показателей) объектов, заявленных в области деятельности в присутствии комиссии (при необходимости)	Да/нет
Составление Акта по результатам оценки состояния измерений в лаборатории	Акт
Оформление Заключения о соответствии условий в лаборатории для выполнения измерений в заявленной области деятельности (при положительных результатах экспертизы, отраженной в Акте оценки состояния измерений)	Да/нет

Приложение В
(рекомендуемое)

Акт
оценки состояния измерений в лаборатории

_____ наименование лаборатории и наименование юридического лица

от "___" _____ 20__ г.

В период с _____ по _____ 20__ г. на основании договора N _____ от _____ 20__ г. и приказа (распоряжения) (название организации-исполнителя) N _____ от _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

провела оценку состояния измерений согласно паспорту метрологического обеспечения, выполняемых в _____

_____ наименование лаборатории и наименование юридического лица

При проведении оценки состояния измерений установлено:

Проверяемые характеристики	Заключение комиссии
1	2

1. Статус лаборатории, ее назначение	
2. Соответствие деятельности лаборатории Положению о лаборатории (в части выполняемых функций, ответственности, прав и порядка взаимодействия с другими структурными подразделениями и сторонними организациями)	
3. Статус выполняемых измерений и объектов измерений в части отнесения: - к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (ОЕИ); - к добровольной сфере (производственный, технологический, технический контроль)	
4. Квалификация и опыт работы персонала в данной области измерений (наличие необходимого базового образования, повышения квалификации), наличие должностных инструкций	
5. Соответствие методик измерений выполняемым измерениям в части: - стандартизации с учетом соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 5725 (1 - 6); - аттестации согласно ГОСТ Р 8.563 ; - оценки пригодности согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025	
6. Соответствие представленных в форме 2 документов по стандартизации, регламентирующих метрологические требования к измерениям параметров (характеристик) контролируемых объектов и методикам (методам) измерений (испытаний) требованиям законодательства в области ОЕИ.	
7. Соответствие представленных в форме 3 средств измерений, необходимых для контроля показателей заявленных объектов, требованиям, предусмотренным в применяемых методиках (методах) измерений в части: - достаточности; - наличия необходимого метрологического подтверждения	
8. Соответствие представленного в форме 4 испытательного оборудования, необходимого для контроля показателей объекта, предусмотренных в методиках (методах) измерений, требованиям законодательства в области ОЕИ в части: - достаточности; - наличия необходимого метрологического подтверждения	
9. Соответствие представленных в форме 6 стандартных образцов, необходимых для контроля заявленных показателей объекта, требованиям, предусмотренным в методиках (методах) измерений	

10. Наличие и функционирование в лаборатории системы контроля качества получаемых результатов измерений	
11. Соответствие помещений, необходимых для осуществления измерений в заявленной области, требованиям условий проведения измерений, регламентированных в методиках измерений и в эксплуатационной документации на средства измерений	
12. Наличие и соблюдение в лаборатории требований безопасности (безопасных условий труда, пожарной, экологической и др.), предъявляемых нормативными документами при проведении измерений в заявленной области	
13. Соответствие ведения записей и регистрации и оформления результатов измерений (оформление протоколов измерений)	
14. Наличие и реализация в лаборатории графиков метрологического подтверждения применяемого оборудования и уровень его метрологического обеспечения (поверка, калибровка средств измерений, аттестация испытательного оборудования), а также их технического обслуживания, предусмотренного эксплуатационной документацией	

Заключение:

В лаборатории созданы и соблюдаются необходимые условия для выполнения измерений в заявленной области деятельности.

Комиссия считает возможным выдать (наименование лаборатории, наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) **Заключение** о состоянии измерений в лаборатории с **приложением** Перечня объектов и контролируемых в них показателей на __ листах, подтверждающее соблюдение условий, необходимых для выполнения измерений в заявленной области деятельности.

Председатель комиссии: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Приложение Г
(обязательное)

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

Наименование юридического лица, проводившего оценку состояния измерений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

Выдано " __ " _____ 20 г.

Действительно до " __ " _____ 20 г.

Настоящее заключение удостоверяет, что _____

наименование лаборатории

место нахождения лаборатории

наименование юридического лица

юридический адрес юридического лица

имеет необходимые условия для выполнения измерений в области деятельности согласно приложению.

Заключение оформлено по результатам проведенной оценки состояния измерений.

Приложение: перечень объектов и контролируемых в них показателей на листах

Руководитель (уполномоченное
должностное лицо)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Адрес юридического лица, проводившего оценку состояния измерений

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ О СОСТОЯНИИ
ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Наименование организации-исполнителя

Приложение к Заключению
о состоянии измерений в лаборатории
№ _____ от _____ г.
на _____ листах, лист ____.

Наименование лаборатории

Наименование организации-заявителя

(вариант 1)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ В НИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Объекты	Определяемые показатели
1	2
1.	
2.	

(вариант 2)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ В НИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Объекты	Определяемые показатели	Нормативные правовые акты и документы по стандартизации (N и наименование)	
		регламентирующие требования к измеряемому (контролируемому) показателю объекта	регламентирующие методики (методы) измерений и (или) методы испытаний
1	2	3	4
1.			
2.			

Руководитель (уполномоченное _____)

должностное лицо)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
